# Conform 2

## Système 2 pièces

- Le système 2 pièces Conform 2 est destiné à appareiller les colostomies, iléostomies et urostomies.
- Il est préférable de changer son support une fois tous les deux ou trois jours et sa poche tous les jours[1].

## Matériel recommandé pour la mise en place de votre appareillage

- ❑ 1 poche
- ❑ 1 support
- ❑ Produits nécessaires à la toilette : eau du robinet, compresses non tissées, non stériles
- ❑ Stomimètre/gabarit ou patron
- ❑ Stylo
- ❑ Ciseaux
- ❑ Sachet pour la poche usagée

## Comment l'utiliser ?

❶ **Découpez le support** à 2-3 mm autour de la stomie ou selon le patron de découpe.




❷ **Retirez** l'appareillage du haut vers le bas.

❸ **Nettoyez la stomie** à l'eau du robinet. **Séchez** la peau en tamponnant avec une compresse ou autre.

❹ **Retirez le film protecteur** du support.

❺ **Appliquez le support** en centrant autour de la stomie sur le ventre tendu.

❻ **Enclenchez la poche** et vérifiez la bonne tenue de celle-ci.

[1] AFET, *"Guides des bonnes pratiques en stomathérapie chez l'adulte – entérostomies, urostomies, 2003"*

Hollister®

Stomathérapie

*Tout commence par une peau saine*

## Comment fermer la poche ?

### Pour les iléostomies (poches vidables) :

❶ **Enroulez le clamp** 3 fois vers le haut.

❷ **Placez le rabat transparent et pressez** du centre vers les extrémités.
Le clamp est verrouillé une fois que vous avez senti les villosités auto agrippantes s'imbriquer les unes dans les autres.




### Pour les urostomies (poches vidangeables) :

❶ Si la poche est **ouverte, la goutte blanche est visible** sur le robinet de vidange et le côté le plus long de la languette se trouve sur la gauche.

❷ Lorsque le robinet est **fermé, on ne voit plus la goutte blanche** et le côté le plus long de la languette se trouve sur la droite. Le robinet est symétrique.

Poche ouverte :
- Goutte blanche visible
- Asymétrie du robinet

Poche fermée :
- Goutte blanche non visible
- Symétrie du robinet

Conseils et remarques :

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67 Service & appel gratuits

**assistance.conseil@hollister.com**

**Hollister France**
**Tour Franklin**
**100/101 Terrasse Boieldieu**
**92042 Paris La Défense Cedex**

**www.hollister.fr**

Ce document est destiné à l'usage des professionnels de santé. Dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I. Fabriqués par Hollister Incorporated. Marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Conform 2 sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Paris 402 202 733. Edition : sept 2017. Référence: FRO193

Hollister®

Stomathérapie

*Tout commence par une peau saine*